

## Diclorometano (DCM)

**Métodos recomendados para la toma de muestras:**

### ATMÓSFERA

Fuentes	Método de muestreo	Norma de referencia (1)	Observaciones/Información adicional (2)
	Toma de muestra	NIOSH 1005. Methylene chloride	ECA/OCA
		NIOSH 2549. Volatile organic compounds (screening)	ECA/OCA

**Métodos de determinación recomendados:**

### ATMÓSFERA

Fuentes	Método de análisis químico	Norma de referencia (1)	Observaciones/Información adicional (2)
	Determinación por cromatografía de gases	OSHA 7. Sampling and analytical methods: organic vapors	ECA/OCA

### AGUA

Fuentes	Método de análisis químico	Norma de referencia (1)	Observaciones/Información adicional (2)
	Cromatografía de gases (GC) o cromatografía de gases Headspace GC	UNE EN ISO 10301:1998. Calidad del agua. Determinación de hidrocarburos halogenados altamente volátiles. Métodos por cromatografía de gases.	Propuesta en la Guía de E-PRTR

**(1).-Normativa de referencia para la aplicación de los métodos.****Leyenda:**

*NIOSH.- Instituto nacional para la seguridad y salud ocupacional de Estados Unidos.*

*OSHA.- Occupational safety & health administration*

**(2).-Hace referencia a si el método/norma indicado se incluye en algún texto legal, especificando si en de ámbito estatal o autonómico.**

**ECA/OCA.-** método utilizado por entidad acreditada u organismo colaborar con la administración.

**NOTA:** Para más información, consultar el apartado “Guías Sectoriales”, disponibles en el fondo documental de PRTR ESPAÑA <http://www.prtr-es.es/>